

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้ามสลายต่อกระดูก จำนวน ๒ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้ามสลายต่อกระดูก จำนวน ๒ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ด้ามสลายต่อกระดูก จำนวน ๒ ชุด
เป็นเงิน...๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุชาดา วิภาวกันต์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้ามสลายต่อกระดูก จำนวน 2 ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้ามสลายต่อกระดูก จำนวน 2 ชุด ด้วยงบกลาง เงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตา

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวานต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. ด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ I/A Handpiece

- 1.1 เป็นด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) ที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
- 1.2 ที่ตัวด้ามมี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมีสาย Power cord
- 1.3 ด้ามจะใช้งานร่วมกับ I/A Tips ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน Tips ได้
- 1.4 ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
- 1.5 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 1.6 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2. ด้ามสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Handpiece

- 2.1 ตัวด้ามสลายต่อกระจกเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย
- 2.2 ตัวด้ามสลายต่อกระจกใช้ความถี่ 28.5 KHz
- 2.3 ตัวด้ามทำจากไททาเนียม Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมี Aspiration Port และ Power cord
- 2.4 ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
- 2.5 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 2.6 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. หัวล้างและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.4 มม.

เป็น TIP ใช้ร่วมกับด้ามมือถือสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) สำหรับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย

- 3.1 เป็นส่วนหัวล้างและดูดเศษเลนส์ (Tip) ขนาด 0.4 มม. ชนิดปลายตรง
- 3.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยการ Autoclave และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 3.3 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.4 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4. ถาดใส่ชุดเครื่องมือสลายต่อกระจก

- 4.1 สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
- 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.3 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาทย์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

5. เชื่อมสลายต่อกระจกแบบ MicroFlow

- 5.1 รอบนอกมีร่องสำหรับน้ำผ่านเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ลูกตา และลดความร้อนของเชื่อม
- 5.2 เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 0.9 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก 1.07 มม.
- 5.3 ปลายตรง ปากปลายตัด ทำมุม 30 องศา
- 5.4 ขนาดแผล (Incision size) 2.50-2.65 (เมื่อใช้ร่วมกับ Blue Sleeves)
- 5.5 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.6 บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ราคาต่อหน่วย 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. งานงวดและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะเวลาประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาล กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวพันธ์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ