

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบใช้ซ้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบใช้ซ้ำ จำนวน ๑ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๖๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบใช้ซ้ำ จำนวน ๑ ชุด  
เป็นเงิน...๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท มิราเคิล เอนโดเมติก จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายจรัสศักดิ์	เพชรประสิทธิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา	วิภวานต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวกิตติยา	ผลึกเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบใช้ซ้ำ จำนวน 1 ชุด  
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

เป็นเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบใช้ซ้ำ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสำหรับใช้ผ่าตัด

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นายจิระศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวานต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

#### 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

##### 1. รายการอุปกรณ์

- 1.1 อุปกรณ์ฉีดล้างและดูดของเหลวภายในช่องท้อง (Suction-Irrigation) จำนวน 1 ชุด
- 1.2 อุปกรณ์จี้ห้ามเลือดและเลาะเนื้อเยื่อชนิดตะขอ (Hook Electrode) จำนวน 1 ชุด
- 1.3 อุปกรณ์คีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบไม่ทำลายเนื้อเยื่อ (Johan Forceps) จำนวน 3 ชุด
- 1.4 อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อภายในช่องท้อง (Fine Maryland Dissector) จำนวน 2 ชุด
- 1.5 อุปกรณ์คีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบปากหยัก (Clinching Forceps) จำนวน 1 ชุด
- 1.6 สายจี้ไฟฟ้าโนโนโพลาร์ จำนวน 1 เส้น

##### 2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 อุปกรณ์ฉีดล้างและดูดของเหลวภายในช่องท้อง (Suction-Irrigation) จำนวน 1 ชุด
  - 2.1.1 ส่วนของท่อดูด-จ่ายน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 มิลลิเมตร ความยาว 360 มิลลิเมตร
  - 2.1.2 ส่วนปลายสามารถจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าแบบโมนโพลาร์ได้
  - 2.1.3 ส่วนของตัวด้ามมีปุ่มกด 2 อัน สีฟ้าควบคุมการจ่ายน้ำ สีแดงควบคุมการดูด
  - 2.1.4 ส่วนของวาล์วเปิด-ปิด ทำจากวัสดุซิลิโคนคงทน มีสีฟ้า และสีแดง เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ
  - 2.1.5 รองรับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งอบไอน้ำได้ (Autoclavable)
- 2.2 อุปกรณ์จี้ห้ามเลือดและเลาะเนื้อเยื่อชนิดตะขอ (Hook Electrode)
  - 2.2.1 ส่วนปลายปากอุปกรณ์เป็นชนิดตะขอ (Hook)
  - 2.2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอุปกรณ์ 5 มิลลิเมตร ความยาว 330 มิลลิเมตร
  - 2.2.3 สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการนึ่งอบไอน้ำได้ (Autoclavable)
- 2.3 คีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้อง (Johan Forceps) จำนวน 3 ชุด
  - 2.3.1 ปากอุปกรณ์มีขนาดความยาว 17 มิลลิเมตร
  - 2.3.2 ปลอกมีความยาว 330 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร จำนวน 3 อัน
  - 2.3.3 รองรับการเชื่อมต่อจี้ไฟฟ้าแบบโมนโพลาร์ (Monopolar)
  - 2.3.4 รองรับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งอบไอน้ำได้ (Autoclavable)
  - 2.3.5 เชื่อมต่อกับด้ามจับชนิดล็อกและปลดล็อกได้ในด้ามเดียวกัน จำนวน 3 อัน
- 2.4 อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อภายในช่องท้อง (Fine Maryland Dissector) จำนวน 2 ชุด
  - 2.4.1 ปลายปากอุปกรณ์มีความโค้งเพื่อ่ง่ายต่อการเลาะเนื้อเยื่อ
  - 2.4.2 ปากอุปกรณ์มีขนาดความยาว 13 มิลลิเมตร

ลงชื่อ..........นายจิระศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุชาดา วิภาวพันธ์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

- 2.4.3 มีความยาว 330 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร จำนวน 2 อัน
- 2.4.4 รองรับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งอบไอน้ำได้ (Autoclavable)
- 2.4.5 รองรับการจี้ไฟฟ้าแบบโมโนโพลาร์ได้
- 2.4.6 ด้ามจับรองรับการเชื่อมต่อการจี้แบบโมโนโพลาร์ จำนวน 2 อัน
- 2.5 อุปกรณ์คีบจับเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบปากหยุก (Clinching) จำนวน 1 ชุด
  - 2.5.1 ปลายปากอุปกรณ์เป็นชนิดปากหยุกแบบไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
  - 2.5.2 ปากอุปกรณ์มีความยาว 26 มิลลิเมตร
  - 2.5.3 มีความยาว 330 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน
  - 2.5.4 รองรับการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งอบไอน้ำได้ (Autoclavable)
  - 2.5.5 เชื่อมต่อกับด้ามจับชนิดล็อกและปลดล็อกได้ในด้ามเดียวกัน จำนวน 1 อัน
- 2.6 สายจี้ไฟฟ้าโมโนโพลาร์ จำนวน 1 เส้น
  - 2.6.1 หัวเชื่อมต่อกับเครื่องจี้ไฟฟ้าเป็นปลั๊กขนาด 8 มิลลิเมตร
  - 2.6.2 ความยาวสาย 3.5 เมตร
  - 2.6.3 เชื่อมต่อใช้งานไฟฟ้าในโหมดโมโนโพลาร์ได้
- 5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  
ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- 6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
ใช้เกณฑ์ราคา
- 7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร
  - 1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
  - 2. ราคากลาง 360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- 8. งานงวดงานและการจ่ายเงิน  
กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว
- 9. อัตราค่าปรับ  
กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ..........นายจิระศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุชาตา วิวาทันต์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ



#### 10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

#### 11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาลกำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ..........นายจिरศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุชาดา วิภาวกันต์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ