

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด...จำนวน...๑...เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

- กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน...๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
๒. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
๓. บริษัท มิราเคิล เอนโดเมติก จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวกมลรัตน์	จินตนาวิลาส	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา	วิภวภานต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวกิตติยา	ผลึกเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน 1 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยการส่องกล้องตรวจและผ่าตัดทางท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาศ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวณต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน 1 กล้อง
 - 1.1 ระบบเลนส์
 - 1.1.1 มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 120 องศา
 - 1.1.2 ทิศทางการมองภาพตรงหน้า Forward viewing
 - 1.1.3 เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง 3-100 มิลลิเมตร
 - 1.2 ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า 4.8 มิลลิเมตร
 - 1.3 สายส่องตรวจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า 5.2 มิลลิเมตร
 - 1.4 ความยาวส่วนใช้งานสายส่องตรวจไม่น้อยกว่า 380 มิลลิเมตร
 - 1.5 ความยาวรวมตลอดสายไม่น้อยกว่า 660 มิลลิเมตร
 - 1.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร
 - 1.7 ส่วนปรับมุม
 - 1.7.1 ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 160 องศา
 - 1.7.2 ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า 130 องศา
 - 1.8 รองรับระบบ Narrow Band Imaging (NBI) ในการส่องดูเนื้อเยื่อและเส้นเลือดที่ผิดปกติได้
 - 1.9 สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย ETO หรือ Sterrad
 - 1.10 สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลผลสัญญาณภาพเดิมที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้เช่นรุ่น CV-170 และ CV-190 และ OTV-S700 ได้

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาส ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาทันต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

8. งดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

10.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหาก
ในระยะประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขภายใน
7 วันทำการ

10.2 มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม

10.3 ในระยะเวลารับประกันผู้ขายจะต้องดำเนินการดูแล บำรุงรักษาทดสอบเครื่องทุกๆ 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขาย
ส่งมอบสินค้า

11. เงื่อนไขเฉพาะ

11.1 อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อนยกเว้นการทดสอบก่อนส่งมอบ

11.2 บริษัทฯ มีคู่มือการใช้งานให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ

11.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่
โรงพยาบาลกำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา

11.4 ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดในแคตตาล็อกให้ตรงกับขอบเขต
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาส ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภวกันต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ