

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องชั่งน้ำหนักศพ แบบนอนเตียง ระบบดิจิทัล มีเครื่องพิมพ์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ.ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักศพ แบบนอนเตียง ระบบดิจิทัล มีเครื่องพิมพ์ในตัว

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... มกราคม ๒๕๖๘

- เครื่องชั่งน้ำหนักศพ แบบนอนเตียง ระบบดิจิทัล มีเครื่องพิมพ์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท พีพี ดีลิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ทีพี เมดิคอล จำกัด
- บริษัท เฟลคเซอร์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายจักรพงษ์	วิคเตอร์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายฉลอง	เครือหมาน	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๓. นายพิฆเนศ	ยธิกุล	พนักงานผ่าและรักษาศพ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักศพ แบบนอนเตียง ระบบดิจิทัล มีเครื่องพิมพ์ในตัว
จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักศพ แบบนอนเตียงระบบดิจิทัล มีเครื่องพิมพ์ในตัว จำนวน ๑ ชุด

2. วัตถุประสงค์

ใช้ในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักของศพ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....จักรพงษ์.....นายจักรพงษ์ วิศวกร ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ชวลิต.....นายชวลิต เครื่องมือ กรรมการ

ลงชื่อ.....วิมล.....นายวิมล ยธิกุล กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม มีความละเอียด 0.1 กิโลกรัม (100กรัม)
- 1.2 ขนาดพื้นที่ชั่ง (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 100 x 170 x 10 เซนติเมตร พร้อมทางขึ้นและลง 1 ด้าน (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 100 x 63 x 8 เซนติเมตร แบบ slope
- 1.3 พื้นด้านบนปูด้วยเหล็กถาย - กันลื่น สะดวกต่อการเข็นเตียง ขึ้น - ลง มี Stopper กันล้อรถ จำนวน 1 ด้าน สามารถสลับซ้าย-ขวา ได้
- 1.4 หน้าจอแสดงตัวเลขแบบ LED มีไฟเรืองแสงสีแดง เพื่อการมองเห็นที่เด่นชัด
- 1.5 สามารถคงค่าผลการชั่งได้ภายในไม่น้อยกว่า 2 วินาที (Hold)
- 1.6 มีระบบปุ่มกด Recall เพื่อย้อนอ่านค่าน้ำหนักและข้อมูลครั้งสุดท้ายได้
- 1.7 เครื่องสามารถหักค่าน้ำหนักกรรเข็นหรือเตียงรถเข็นได้ (TARE)
- 1.8 เครื่องสามารถหักภาชนะล่วงหน้าได้ (Pre-TARE)
- 1.9 เครื่องชั่งมีฟังก์ชัน Stand by อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน และกลับมาแสดงผลได้ทันทีที่มีการชั่งน้ำหนัก
- 1.10 มีเครื่องพิมพ์รายงานผลการชั่งในตัว เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix ใช้ตลับหมึกในการพิมพ์
- 1.11 ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาไม่ซีดจาง สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยพิมพ์ข้อมูลได้ ดังนี้ วัน เดือน ปี เวลา และ น้ำหนัก
- 1.12 เครื่องสามารถตั้งค่าการพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ พิมพ์อัตโนมัติ (Auto print) และ กดพิมพ์เอง (Manual Print)
- 1.13 เครื่องมีระบบ RS-232C Interface ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์
- 1.14 โครงสร้างของผลิตภัณฑ์แข็งแรง พร้อมเสาและติดตั้งจอแสดงผล จำนวน 1 ด้าน
- 1.15 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
- 1.16 เครื่องชั่งมีน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม

ลงชื่อ.....*จิราพงศ์*.....นายจักรพงษ์ วิคเตอร์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ชวล*.....นายฉลอง เครือหมาน กรรมการ

ลงชื่อ.....*จิราพงศ์*.....นายพิเชนศ. ยธิกุล กรรมการ

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ราคากลาง 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

1.1 สินค้ารับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้ง รวมทั้งแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

1.2 ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องส่งช่างประจำในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1.1 บริษัทผู้ผลิตมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผล

1.2 บริษัทผู้เสนอราคามีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง อย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผล

1.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง Catalog ต้นฉบับตัวจริง ที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคา

ลงชื่อ.....*จักรพงศ์*.....นายจักรพงศ์ วิคเตอร์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ฉลอง*.....นายฉลอง เครื่องหวาน กรรมการ

ลงชื่อ.....*พิมเนศ*.....นายพิมเนศ ยธิกุล กรรมการ

- 1.4 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าทุกรายการที่เป็นของแท้ ของใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือผ่านการสาธิตที่ไหนดมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันที
- 1.5 กรณีเครื่องเสียหรือชำรุด บริษัทผู้เสนอราคา ต้องมีช่างหรือวิศวกรบริการที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการที่รวดเร็วของหน่วยงานและเพื่อยืนยันการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงใบผ่านการอบรม (Certificate of Training) ของเจ้าหน้าที่ช่างผู้ทำการซ่อมแซมจากบริษัทผู้ผลิต ในวันเสนอราคา และวันพิจารณาผล
- 1.6 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด

ลงชื่อ..... <i>จักภาพ</i>นายจักรพงษ์	วิศวกร	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... <i>ชวลอง</i>นายชวลอง	เครือหมาน	กรรมการ
ลงชื่อ..... <i>พิณเนศ</i>นายพิณเนศ	ยธิกุล	กรรมการ