

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รถยนต์พยาบาลไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ รถยนต์พยาบาลไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

- รถยนต์พยาบาลไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท พีพี ดีลลิง กรุป จำกัด

- บริษัท ทีพี เมดิคอล จำกัด

- บริษัท เฟลคเซอร์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายจักรพงษ์	วิคเตอร์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
----------------	----------	------------------	---------------

๒. นายฉลอง	เครือหมาน	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
------------	-----------	---------------	---------

๓. นายพิชเนศ	ยธิกุล	พนักงานผ่าและรักษาศพ	กรรมการ
--------------	--------	----------------------	---------

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รอยกศพแบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รอยกศพแบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

2. วัตถุประสงค์

ใช้ในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการรอยกศพหรือขนย้ายศพเข้าตู้เย็นเก็บศพ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....*จักรพงษ์*.....นายจักรพงษ์ วิศวกร ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ชอ*.....นายฉลอง เครื่องหมาย กรรมการ

ลงชื่อ.....*พิเชษฐ์*.....นายพิเชษฐ์ ยศีกุล กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างรถและถาดรองรับศพทำจากสแตนเลส Stainless steel 304 หรือดีกว่า
2. รถยกศพมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2,300 x 700 มิลลิเมตร
3. รถสามารถปรับระดับความสูงได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร และระดับต่ำสุดได้ ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร
4. สามารถควบคุมการปรับระดับความสูงแบบไฮดรอลิกไฟฟ้า (Electronic Hydraulic System)
5. สามารถปรับถาดรองรับศพให้ลาดเอียงได้
6. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ และสามารถล็อกได้อย่างน้อย 2 ล้อ
7. สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
8. ถาดรองรับศพ สามารถเคลื่อนเข้าตู้เย็นเก็บศพได้ง่าย สะดวกแก่การใช้งาน

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร


1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 216,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. งานงวดงานและการจ่ายเงิน


กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ..........นายจักรพงษ์ วิกเตอร์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นายฉลอง เครือหมาน กรรมการ

ลงชื่อ..........นายพิมเนศ ยธิกุล กรรมการ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- 10.1 สินค้ารับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งรวมทั้งแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- 10.2 กรณีเครื่องเสียหรือชำรุด บริษัทผู้เสนอราคา ต้องมีช่างหรือวิศวกรบริการที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการที่รวดเร็วของหน่วยงานและเพื่อยืนยันการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงใบผ่านการอบรม (Certificate of Training) ของเจ้าหน้าที่ช่างผู้ทำการซ่อมแซมจากบริษัทผู้ผลิต ในวันเสนอราคา และวันพิจารณาผล

11. เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.1 บริษัทผู้ผลิตมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016 เพื่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงในวันเสนอราคาและวันพิจารณาผล
- 1.2 บริษัทผู้เสนอราคามีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง อย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงในวันเสนอราคาและวันพิจารณาผล
- 1.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง Catalog ต้นฉบับตัวจริงจากบริษัทผู้ผลิต ที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- 1.4 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าทุกรายการที่เป็นของแท้ ของใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือผ่านการสาธิตที่ไหนมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันที
- 1.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด
- 1.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริงของสินค้า และทำเครื่องหมายระบุหมายเลขข้อพร้อมรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน Catalog ให้ตรงกับข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของคณะกรรมการ ในวันเสนอราคาและพิจารณาผล หากไม่มีเอกสารแนบดังกล่าว ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผล

ลงชื่อ.....*จักรพงศ์*.....นายจักรพงศ์ วิศวกร ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*ชวลิต*.....นายชวลิต เครื่องหมาย กรรมการ

ลงชื่อ.....*พิณเนศ*.....นายพิณเนศ ยธิกุล กรรมการ