

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกรุงนี้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖๐ มีนาคม ๒๕๖๗
 - เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - บริษัท โซวิค จำกัด
 - บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอดี้ เมดิคอลแอนด์ ชัพพลาย
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางอุบลรัตน์ ปุก戎	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางวรลักษณ์ มนัสปัญญาภูต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวพักตร์วิภา กงสะเดื้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลกระปี

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระปี จังหวัดกระปี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการช่วยหายใจผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจลำเหลว หรือช่วยพยุงการหายใจในผู้ป่วยที่หายใจเองได้ไม่เพียงพอ และสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องสามารถทำงานแบบควบคุมด้วยปริมาตรและความดันในระบบทางเดินหายใจ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามิอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

ลงชื่อ.....กุลรัตน์ นางอุบลรัตน์ ปักทอง ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ธนกร คงดี นางสาวลักษณ์ มนัสปัญญาภูต กรรมการ

ลงชื่อ.....พงษ์รุ่ง กมลธน นางสาวพักรติวิภา กงสะเด็น กรรมการ

8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารความคุ้มกัน เช่นว่า

9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. คุณลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้ใหญ่ ชนิดท่อคู่ (Dual Limb)

1.2 เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งควบคุมการทำงาน แบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure control) และ
ควบคุมด้วยปริมาตร (Volume control) โดยใช้ออกซิเจน (O2) จากแหล่งจ่ายอากาศของโรงพยาบาล
ได้ทั้งชนิด High pressure และ Low pressure ได้

1.3 สามารถเลือกใช้งานกับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Invasive Ventilation) และใส่หน้ากากช่วยหายใจ
ได้ (Non-Invasive Ventilation)

1.4 มีจอภาพให้ภาพสีชนิดสัมผัส (Touch screen) มีขนาด 8.4 นิ้ว ประกอบติดอยู่กับแผงควบคุมการ
ทำงานของเครื่อง สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตั้งให้กับผู้ป่วย (Ventilator setting) ค่าต่างๆ
ที่รับได้จากผู้ป่วย (Monitor data) ได้พร้อมกัน

1.5 สามารถหมุนการแสดงผลของหน้าจอได้ 180 องศา

1.6 เครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

1.7 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100 - 240 โวลท์ ความถี่ 50 - 60 Hz

1.8 มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายในตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2.5 ชั่วโมง และ
สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่สำรองได้

1.9 มีระบบการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen therapy)

1.10 มีเครื่องผลิตอากาศ (Air) อยู่ภายในตัวเครื่อง เป็นชนิด Turbine

1.11 ได้รับมาตรฐาน RTCA DO-160F

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 สามารถเลือกลักษณะการทำงานของการช่วยหายใจ (Type of Ventilation) ดังนี้

2.1.1 ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation)

2.1.2 ชนิดควบคุมด้วยความดัน (Pressure controlled ventilation)

ลงชื่อ.....กานต์ พัฒนา.....นางอุบลรัตน์ ปภครอง ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ดวง ดวง.....นางวรลักษณ์ มนัสปัญญาภุ กรรมการ

ลงชื่อ.....นภก ธนา ธนา.....นางสาวพักรัตวิภา กงสะเด็น กรรมการ

2.2 สามารถตั้งลักษณะการช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยได้ดังนี้

2.2.1 ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (A) VCV

2.2.2 ชนิดควบคุมด้วยความดัน (A) PCV

2.2.3 ชนิดเครื่องช่วยหายใจบางส่วน (SIMV)

2.2.4 ชนิดให้ผู้ป่วยหายใจเองพร้อมกับมีแรงดันสนับสนุน (PSV)

2.2.5 ชนิดให้ผู้ป่วยหายใจเอง (CPAP)

2.2.6 ชนิดช่วยผู้ป่วยหายใจหลังหยุดการหายใจ (Apnea Ventilation) ช่วยผู้ป่วยหายใจหลังหยุดการหายใจ ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

2.3 สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้จากແຜคควบคุมการทำงานที่อยู่ด้านหน้าของเครื่อง ดังนี้

2.3.1 สามารถปรับตั้งปริมาตรอากาศของการหายใจแต่ละครั้ง (Tidal volume) ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 2,000 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า

2.3.2 สามารถปรับตั้งอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า

2.3.3 สามารถปรับการจ่ายอัตราการไหลของอากาศ ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 150 ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า และ สามารถจ่ายอัตราการไหลของอากาศสูงสุด (Spontaneous peak flow) 230 ลิตรต่อนาที

2.3.4 สามารถเลือกรูปแบบการไหลของอากาศ ได้เป็นแบบ Square หรือ Decelerated

2.3.5 สามารถปรับตั้งช่วงเวลาในการหายใจเข้า (Inspiration time) ได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 5 วินาที หรือกว้างกว่า

2.3.6 สามารถปรับตั้งแรงดัน (Inspiration pressure) ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 60 เซนติเมตรน้ำ หรือกว้างกว่า

2.3.7 สามารถปรับตั้งความดันเสริม (Pressure support) ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 40 เซนติเมตรน้ำ หรือกว้างกว่า

2.3.8 สามารถปรับตั้งความดันบวก PEEP ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 เซนติเมตรน้ำ หรือกว้างกว่า

2.3.9 สามารถตั้งความเร็วในการจ่ายแก๊ส (Rise Time) ได้ตั้งแต่ 60 ถึง 120 เซนติเมตรน้ำต่อวินาที หรือกว้างกว่า

2.3.10 สามารถปรับออกซิเจน (FiO₂) ได้ตั้งแต่ 21% ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

ลงชื่อ.....คง คง..... นางอุบลรัตน์ ปกกรอง ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ธนกร คง..... นางวรลักษณ์ มณฑปัญญาภูล กรรมการ

ลงชื่อ.....คง คง กานดา..... นางสาวพักตร์วิภา กงสะเตียน กรรมการ

- 2.3.11 สามารถปรับตั้งความไวในการหายใจออก (Expiratory trigger) ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 90 เบอร์เซ็นต์ หรือกว้างกว่า
- 2.3.12 สามารถตั้งความไวในการกระตุน Flow Trigger ได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 ลิตรต่อนาที
- 2.3.13 มีระบบการให้ออกซิเจน 100% นาน 2 นาที
- 2.4 ส่วนแสดงผลข้อมูล โดยแสดงผลข้อมูลที่หน้าจอซึ่งติดอยู่กับແຜគົມກາທ່າງດ້ານໜ້າເຄື່ອງສາມາດແສດງຄໍາຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງ ແລະ ຂອງຜູ້ປ່າຍ ໄດ້ດັ່ງນີ້
- 2.4.1 ເປົ້ອງເຊັ່ນທົກອົກຊີເຈນທີ່ຜູ້ປ່າຍໄດ້ຮັບ
- 2.4.2 ແສດງຄໍາແຮງດັນສູງສຸດ Ppeak,Pmean ແລະ PEEP
- 2.4.3 ແສດງຄໍາປະມາຕຽນຫາຍໃຈທີ່ຜູ້ປ່າຍໄດ້ຮັບແຕ່ລະຄັ້ງ (Expired Tidal Volume)
- 2.4.4 ແສດງຄໍາປະມາຕຽນໃນກາທ່າຍໃຈທີ່ຜູ້ປ່າຍຫາຍໃຈເຂົ້າຍິ່ຕ່ອນາທີ (Expired Minute Volume)
- 2.4.5 ແສດງຄໍາອັຕຣາກາທ່າຍໃຈ
- 2.4.6 ແສດງຄໍາ Ti/Ttot
- 2.4.7 ແສດງກາຟກາທ່າຍໃຈຂອງ Pressure/Time, Flow/Time, Volume/Time ໄດ້ພັບອັນກັນ 2 ຮູ່ກາຟ
- 2.4.8 ສາມາດຮັບທຶກຢ້ອນໜັງ (Trends) ໄດ້ 80 ຊົ່ວໂມງ
- 2.5 ສ່ວນຂອງຮະບບເຕືອນຄວາມປລອດກໍຍຈະເຕືອນດ້ວຍສັນຍານສີ, ເສີ່ຍາ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ໂດຍສາມາດປັບຕິດໄດ້ດັ່ງນີ້
- 2.5.1 ສາມາດຕັ້ງຄໍາ High Pressure ໄດ້
- 2.5.2 ສາມາດຕັ້ງຄໍາ High/Low Minute Volume ໄດ້
- 2.5.3 ສາມາດຕັ້ງຄໍາ High/Low Tidal Volume ໄດ້
- 2.5.4 ສາມາດຕັ້ງຄໍາ High/Low FiO₂ ໄດ້
- 2.5.5 ສາມາດຕັ້ງຄໍາ Apnea time ໄດ້
3. อຸປະກິດປະກອບການໃຊ້ງານ
- | | |
|--|----------------------|
| 3.1 ຊຸດວົງຈະສາຍໜ່າຍຫາຍໃຈ | ຈຳນວນ 2 ຊຸດ/ເຄື່ອງ |
| 3.2 ຊຸດປອດເທີມ | ຈຳນວນ 1 ຊຸດ/ເຄື່ອງ |
| 3.3 ແນວັບທ່ອຫາຍໃຈ | ຈຳນວນ 1 ຊຸດ/ເຄື່ອງ |
| 3.4 ຮັບເຂັ້ມສຳຮັບວາງເຄື່ອງ (ຜລິຕັນທີ່ກາຍໃນປະເທດ) | ຈຳນວນ 1 ຄັນ/ເຄື່ອງ |
| 3.5 ຄູ່ມືການໃຊ້ງານພາກພາໄທ/ອັກກຸາ | ຈຳນວນ 1 ເລີ່ມ/ເຄື່ອງ |

ลงชื่อ.....กานต์ นุบลรัตน์ นางอุบลรัตน์ ปก戎 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ณ ณัฐ นางวรลักษณ์ มันส์ປัญญาภุกุล กรรมการ

ลงชื่อ.....พงกร กะ ณ ณัฐ นางสาวพักตร์วิภา กงสะเด็น กรรมการ

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ราคากลาง 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคายังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อประกันความชำรุดบกพร่อง

10.1 สินค้ารับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

10.2 มีบริการตรวจบำรุงรักษาปีละ 2 ครั้ง

11. เงื่อนไขเฉพาะ

11.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
พร้อม ทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในที่เสนอ
ราคาก็ได้ชัดเจนทุกราย (ให้แนบมาในวันยื่นของเสนอราคา)

ลงชื่อ.........นางอุบลรัตน์ ปกครอง ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.........นางวรลักษณ์ มั่นคง กรรมการ

ลงชื่อ.........นางสาวพักตร์วิภา กงสะเตี๊น กรรมการ